

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ (۰۷:۳۰)
شماره: ۱۴۰۲/ص/۱۱۵۳۷
پیوست: دارد



«مهار تورم و رشد تولید»-
«طرح عدالت و تعالی نظام سلامت»-

معاونت درمان

رئیس محترم مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی....

رییس محترم بیمارستان.....

مدیر محترم درمانگاه....

مدیر محترم مرکز جراحی....

موسس و مسئول فنی محترم آزمایشگاه.....

با سلام و احترام

با توجه به نامه شماره ۳۰۷/۵۷۲ د مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۳ رییس محترم آزمایشگاه مرجع سلامت ، نتیجه ارزیابی کیفیت آنتی سرم های ویبریو کلرا تولید شرکت پژوهشی تولیدی بهار افشان، مطابق جدول زیر اعلام می گردد. در صورتیکه در کیفیت آنتی سرم های مذکور عدم انطباق یا مشکلی مشاهده شود، آزمایشگاه ها می توانند مشکلات مشاهده شده را در سامانه MDR وب سایت اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی به آدرس imed.ir ثبت ، پیگیری نمایند. همچنین مستندات مشکلات مشاهده شده و کد رهگیری اخذ شده از آن سامانه را در قالب فایل اکسل پیوست ، جهت گزارش به آزمایشگاه مرجع سلامت به این معاونت ارسال نمایند.

نام محصول	شماره سری ساخت	تاریخ انقضاء	نتیجه ارزیابی
Vibrio cholerae Polyvalent O1 Antiserum	۲۰۳۰	1403/07	قابل قبول
Vibrio cholera Ogawa Antiserum	۲۰۳۰	1403/07	قابل قبول
Vibrio cholera Inaba Antiserum	۲۰۳۰	1403/07	قابل قبول

دکتر رضا زندی
معاون درمان دانشگاه