



«سرمايه‌گذاري براي توليد»-

«همه براي ايران جوان»-

معاونت درمان

رئيس محترم مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی...

رئيس محترم بیمارستان...

مدیر محترم درمانگاه...

مؤسس و مسئول فنی محترم آزمایشگاه...

با سلام و احترام

به پیوست نامه شماره ۳۰۷/۱۱۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۶/۹ رئیس محترم آزمایشگاه مرجع سلامت درخصوص "عدم استفاده از وسایل تشخیص آزمایشگاهی با کاربرد تحقیقاتی برای شناسایی و تعیین ژنوتایپ ویروس پاپیلومای انسانی (HPV)" ارسال می گردد. متذکر می شود استفاده از کیت‌هایی با برچسب تحقیقاتی RUO (Research use only) که موجب ایجاد نتایج کاذب می شود، با هدف غربالگری در آزمایشگاههای پزشکی مجاز نمی باشد و لازم است از کیت هایی که دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی (سامانه imed) هستند، استفاده گردد.

دکتر رضا زندی
معاون درمان دانشگاه