

شماره
تاریخ
پیوست
ندارد
۳۰۷/۱۶۴۰
۱۴۰۴/۰۷/۲۹

«سرمايه‌گذاري براي توليد»
((مقام معظم رهبري))



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
آزمایشگاه مرجع سلامت

معاونین محترم بهداشت دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی

معاونین محترم درمان دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی

موضوع: اعلام مشکلات کیفیت کیت اندازه گیری هموگلوبین A2 تولید شرکت پادتن طب

با سلام و احترام،

به پیوست تصویر نامه شماره ۶۶۴/۹۷۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۶ اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت متبوع درخصوص نامه شماره ۱۴۲/ف/۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ شرکت پادتن طب مبنی بر جمع آوری سری ساخت های ۵۰۳۱۸، ۵۰۳۱۹ و ۵۰۳۲۰ کیت اندازه گیری هموگلوبین A2 به دلیل مشکلات کیفیت ارسال می گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید نامه فوق در اختیار کلیه آزمایشگاه‌های تحت پوشش اعم از دولتی و خصوصی قرار گرفته و درصورت مشاهده هر گونه مشکل در سایر سری ساخت های کیت فوق، مراتب مطابق با فرآیند رسیدگی به شکایات، در اسرع وقت به این اداره کل اطلاع رسانی و در سامانه MDR اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز ثبت گردد.

دکتر کاظم وطن خواه یزدی
رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت

آدرس:

ستاد آزمایشگاه مرجع سلامت: تهران، شهرک قدس، بلوار ایوانک، ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلوک C، طبقه ششم، تلفن: ۸۱۴۵۳۰۶۱ - نمابر: ۸۱۴۵۲۳۸۳

آزمایشگاه رفرانس (بخش فنی آزمایشگاه مرجع سلامت): خیابان نوفل لوشاتو، نرسیده به خیابان حافظ، کوچه کیخسرو شاهرخ، پلاک ۴۸ تلفن: ۶۶۷۵۰۰۳۰ و ۶۶۷۵۰۰۱۰ - نمابر: ۶۶۷۲۸۱۲۱