



مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان....

رییس محترم مرکز پزشکی آموزشی و درمانی

رییس محترم بیمارستان.....

مدیر محترم مرکز جراحی....

مدیر محترم درمانگاه.....

موسس و مسئول فنی محترم آزمایشگاه.....

با سلام و احترام

با عنایت به نامه شماره ۳۰۷/۱۵۰۴ د مورخ ۹۸/۱۲/۱۴ ارسالی از وزارت متبوع درخصوص الزام ورود مسقیم داده های مربوط به آزمایش کروناویروس دانشگاههای علوم پزشکی در سامانه پورتال مرکز مدیریت بیماریهای واگیر به استحضار می رساند:

۱. وضعیت نمونه های ارسالی و ریشه یابی عدم انطباق هایی که تاکنون مشاهده شده نشان میدهد که نمونه گیری نادرست مهمترین منشاء خطا و اختلاف نتایج آزمایشگاهی بوده است. لذا آزمایشگاههای کروناویروس جدید ضروری است ضمن اعمال "معیارهای رد و قبول نمونه" و ثبت و پیگیری موارد عدم انطباق در سامانه، اقدام اصلاحی و پیشگیرانه مناسب را طراحی و اجرا نموده و از طریق پایش وقوع مجدد موارد از اثر بخشی اقدامات انجام شده اطمینان حاصل نمایند.

۲. از آنجا که آموزش کارکنان بالینی مسئول نمونه گیری مهمترین روش پیشگیری از خطا است، آزمایشگاه مرجع سلامت فیلم آموزشی روش گرفتن نمونه های سواب نازوفارنکس و سواب اوروفارنکس را، که دارای توضیحات فارسی میباشد، در سامانه "سیما" (به نشانی <http://virtualsevice.tums.ac.ir/sima/#/sampling>) قرار داده است. کارکنان بالینی بیمارستانها که مسئول نمونه گیری هستند میتوانند با مشاهده این فیلم ۶ دقیقه ای از روش صحیح اخذ نمونه های سواب نازوفارنکی و اوروفارنکس مطلع گردند. ضمناً فیلم آموزشی مربوط به بسته بندی و ارسال امن و ایمن نمونه در سامانه فوق بارگذاری شده است.

۳. کلیه آزمایشگاههای کروناویروس جدید، برای حصول اطمینان از اعتبار نتایج آزمایشگاهی، لازم است:



۳.۱. تا اطلاع بعدی، کلیه نمونه های بالینی که نتیجه آزمایش غربالگری آنها مثبت گزارش شده است را به انستیتو پاستور ایران منتقل نمایند.

۳.۲. ده درصد (۱۰٪) نمونه های بالینی که در سه نوبت اول انجام آزمایش منفی گزارش شده اند (با انتخاب تصادفی)، برای ارزیابی به انستیتو پاستور ایران منتقل شوند.

۳.۳. به دلیل احتمال تخریب RNA ویروسی در حین انتقال، از ارسال اسید نوکلئیک استخراج شده به جای نمونه بالینی اکیداً خودداری گردد.


۳.۴. رعایت روش استاندارد بسته بندی سه لایه و شرایط صحیح انتقال امن و ایمن نمونه بالینی الزامی است.

۴. تا تعیین دانشگاههای معین یا پشتیبان، دانشگاههایی که فاقد آزمایشگاه کوروناویروس جدید هستند و یا هنوز عملکرد آزمایشگاههای آنها به تائید نهایی انستیتو پاستور ایران نرسیده است، در صورتیکه نمیتوانند نمونه های خود را به یکی از آزمایشگاههای کوروناویروس مورد تائید در سایر دانشگاهها ارجاع کنند، در فهرست "نام آزمایشگاه دریافت کننده"، انستیتو پاستور ایران را انتخاب و نمونه های خود را به آن ارسال نمایند.

۵. فوکل پوینتهای آزمایشگاههای کوروناویروس جدید در صورت برخورد با مشکلات به طریق زیر عمل نمایند:

۵.۱. برای گزارش و رفع مشکلات سامانه ای با شماره ۰۹۱۲۲۸۵۹۱۶۰ (جناب آقای مهندس کاوه) تماس حاصل نمایند.

۵.۲. برای گزارش و رفع مشکلات، چالشهای فنی و همچنین ارسال فایل های مربوط به انجام آزمایشها از طریق نشانی پست الکترونیک Covid2019@pasteur.ac.ir با انستیتو پاستور ایران ارتباط برقرار نمایند.



دکتر میرزایانی
معاون درمان دانشگاه