



معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

موضوع : اعلام غیر قابل مصرف بودن آنتی سرم گروه خونی A تولید شرکت سیناژن

سلام علیکم

احتراما با توجه به تعدد شکایات دریافتی از کیفیت آنتی سرم گروه خونی A تولید شرکت سیناژن و با عنایت به بررسی های انجام شده و اعلام کتبی شرکت سیناژن (تصویر آن پیوست می باشد) بدینوسیله به استحضار می رساند آنتی سرم گروه خونی A با شماره سری ساخت : 9271301 ، 9271302 ، 9271303 ، 9271304 ، 9271305 ، 9271306 و 9271307 که در جعبه های با شماره بچ 9307141 و 9307142 و 9307143 و 9307144 و 9307145 و 9307146 و 9307147 و 9307148 و تاریخ انقضا 02.2016 قرار داشته و تولید آن شرکت می باشند ، دارای قدرت آگلوتیناسیون (Potency) پایین تر از حد استاندارد بوده و غیر قابل مصرف در آزمایشگاه تشخیص پزشکی اعلام می گردند.

لذا خواهشمند است با توجه به اهمیت موضوع دستور فرمایید در اسرع وقت، مراتب به کلیه آزمایشگاههای

تحت پوشش آن معاونت اعم از دولتی و غیر دولتی، بیمارستانی و غیر بیمارستانی، شرکتهای توزیع کننده وسایل تشخیصی آزمایشگاه پزشکی و سایر مراکز تحت پوشش آن دانشگاه، به نحو موثر اطلاع رسانی شود؛ و در صورت مشاهده اقلام مذکور، موارد را با ذکر نام و نشانی توزیع کنندگان و مصرف کنندگان به آزمایشگاه مرجع سلامت اعلام نمایند.

همچنین موضوع در ممیزی و بازرسی ممیزان از آزمایشگاههای پزشکی و شرکت های توزیع کننده اکیدا مورد توجه قرار گیرد.

لازم به ذکر است چنانچه از مهر ماه گذشته تاکنون برای اقلام مذکور از طرف شرکت تولید کننده یا عوامل توزیع کننده، فراهوانی صورت نگرفته است لطفا به این اداره کل منعکس گردد.

دکتر سیامک میراب سمیعی
مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت