



«زندگی یعنی امید و حرکت»  
یادمان شصتمین سال تأسیس دانشگاه


تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱  
شماره: ۱۳۹۸/ص/۵۵۸۸۵  
پیوست: ندارد

**مدیر محترم درمانگاه...**

**مؤسس و مسئول فنی محترم آزمایشگاه...**

با سلام و احترام

به پیوست نامه شماره ۳۰۷/۱۲۶۱ مورخ ۹۸/۱۰/۱۱ در خصوص غیرقابل قبول بودن کیت‌های شکایتی آنتی ژن رایت لوله ای انستیتو پاستور ایران با شماره سری ساخت (AbT9712) و (AbT9804) ارسال می گردد. خواهشمند است در صورت مشاهده هرگونه اختلال در کیفیت و عملکرد کیت‌های با سری ساخت متفاوت، مراتب به این معاونت گزارش تا اقدامات بعدی صورت گیرد. بدیهی است آزمایشگاهها می توانند سری ساخت های معیوب را برای جایگزین کردن به فروشنده مرجوع نمایند. چنانچه فروشنده از جایگزین کردن آنتی ژن های معیوب خودداری نماید مصرف کننده می تواند نام و نشانی شرکت متخلف را به اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت متبوع اعلام نماید.



دکتر سیدمه‌رضا بیری  
معاون اجرایی معاونت درمان دانشگاه و  
رئیس اداره امور آزمایشگاهها