



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
آزمایشگاه مرجع سلامت

بسمه تعالی

شماره ۳۰۷/۱۴۶۲  
تاریخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۵  
پست بدارد

..... معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی

..... معاون محترم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی

**موضوع:** اعلام فراخوان کیت‌های الایزای غیر مجاز تولید شده توسط شرکت پارس سینا تشخیص ویژن با نام تجاری پاستو کیت

با سلام

احتراما پیرو نامه شماره ۶۶۴/۴۲۱۰۳/د مورخ ۹۵/۰۴/۳۰ مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی (پیوست)، به استحضار می‌رساند کیت‌های الایزای شرکت پارس سینا تشخیص ویژن با نام تجاری پاستو کیت، فاقد تاییدیه کیفیت و پروانه ساخت معتبر هستند. لذا ضمن تاکید بر نظارت دقیق بر مندرجات بخشنامه شماره ۳۰۷/۱۲۹۷/د مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت (پیوست)، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ موضوع به شرکت‌های توزیع کننده و آزمایشگاه‌های تحت پوشش آن معاونت محترم، از آنان خواسته شود که از هرگونه استفاده یا توزیع کیت‌های مذکور به ویژه کیت‌های پرمخاطره نظیر HBsAg, HIV, anti-HCV, HTLV, Syphilis خودداری نمایند. همچنین ضروری است کارشناسان محترم آن معاونت ضمن بازرسی و بازدید از آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های توزیع کننده، نسبت به صورت برداری و تنظیم صورتجلسه و اخذ مستندات خرید کالاهاى موضوع نامه اقدام، و نتیجه بازرسی‌ها را به این اداره کل اعلام نمایند. بدیهی است مسئولین آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های توزیع کننده می‌توانند محصولات فوق‌الذکر را به انستیتو پاستور ایران (تلفن‌های ۳۶۱۰۱۶۴۱ و ۳۶۱۰۲۹۹۹ و تلفاکس ۳۶۱۰۲۹۰۰) مرجوع نمایند.

دکتر سیامک میراب سمیعی  
مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت

آدرس: خیابان نوفل لوشاتو نرسیده به خیابان حافظ، کوچه کیخسرو شاهرخ پلاک ۴۸ آزمایشگاه مرجع سلامت

نمابر: ۶۶۷۲۸۱۲۱

تلفن: ۳۰ و ۶۶۷۵۰۰۱۰